



EA ELEKTRO-AUTOMATIK

GmbH & Co. KG

Helmholtzstraße 31 - 37, 41747 Viersen
Telefon (02162) 3785-0 Telefax (02162) 16230



Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir im Sinne der EMV-Richtlinie 89/336/EWG, daß die nachfolgend bezeichnete Stromversorgung aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EG-Richtlinie übereinstimmt.

We herewith declare, under reference to the EMC-directive 89/336/EEC, that the power supply mentioned below in its original version traded by us, is designed to comply with the applicable EC-directive.

Bei einer nicht mit uns abgeklärten Änderung der Stromversorgung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Any changes on the power supply not agreed upon with us will void this declaration.

Geräteart:

Type of equipment :

LABORNETZGERÄT 0...65V / 0...5A

Gerätebezeichnung :

Designation of equipment :

EA - PS 3065-05 B

Artikel-Nr.:

Part No.:

35 320 175

Zum Nachweis der elektrischen Sicherheit, entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG wurden folgende Normen herangezogen:

For verification in accordance with the low-voltage directive 73/23/EEC, the following standards were applied:

EN 61010-1 08/02

Zum Nachweis der elektromagnetischen Verträglichkeit, entsprechend der EG-Richtlinien 89/336/EWG, wurden folgende Normen herangezogen:

For verification in accordance with EMC-directive 89/336/EEC the following standards were applied:

EN 61326 03/02

Viersen, den 13.10.05

Geschäftsführer

Technische Leitung